

Il Direttore Generale

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.164/2016

Prot. n. 32884/2019

del 07/06/2019

AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI UN'APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA SIEMENS MOD. MAGNETOM AVANTO 1.5 INSTALLATA PRESSO IL P.O. "S.M. DELLE GRAZIE"- U.O. RADIOLOGIA - LOC. "LA SCHIANA" – POZZUOLI (NA).

Questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede in Via M. Lupoli, 27 (ex edificio Orfanotrofio) – Frattamaggiore (NA) c.a.p. 80027, avvisa che intende avviare una indagine conoscitiva, con i caratteri dell'estrema urgenza, per individuare l'esistenza nel mercato di Ditte fornitrici di una eventuale procedura di gara per l'affidamento dell'aggiornamento tecnologico di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica – SIEMENS mod. MAGNETOM AVANTO 1.5T installata presso il P.O. "S. Marie delle Grazie" – U.O. Radiologia – Loc. "La Schiana" Pozzuoli (NA). Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, l'acquisto sarà effettuato a mezzo di procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara).

Per poter essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla presente fornitura, gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale:
 - Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistano una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. n. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. n. 53 del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con P.A.
- Requisiti di idoneità professionale:
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c.3 del Codice, gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
- Caratteristiche tecniche di aggiornamento:
 - Sistema hardware e software complessivo dell'apparecchiatura;
 - Catena RF con numero di canali massimo disponibili;
 - Sistema gradiente;
 - Sistema di elaborazione immagini ed informatico per la gestione del sistema;
 - Consolle di comando;
 - Tavolo porta paziente;
 - Videocamera sorveglianza paziente;
 - Sequenze per gli studi angiografici RM ad elevata risoluzione spaziale e temporale;
 - Sequenze per studi in ambito neuro, body, capo-collo per la correzione di artefatti da movimento;

- Sequenze per gli studi mammari con la riduzione degli artefatti da respiro da movimenti;
- Sequenza per gli studi vascolari, cavernosi e dell'encefalo con elevata sensibilità per l'individuazione dei prodotti di degradazione dell'emoglobina;
- Carrello amagnetico per lo stoccaggio delle bobine;
- Bobina di superficie per lo studio di piccole parti e carotidi;
- Bobina endorettale per studi della prostata;
- Bobina dedicata per lo studio della spalla;
- Bobina ad alta prestazione per lo studio de ginocchio;
- Di tutte le bobine attualmente in dotazione (corpo-colonna, angio perifeeicas, mammella, testa, collo, flessibili, etc..).

Gli Operatori economici, interessati, dovranno comunicare il proprio interesse partecipare alla procedura negoziata, inviare le dichiarazioni di cui sopra e trasmettere le schede tecniche con dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, nel seguente modo:

- a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo: tecnologieinformatiche@pec.aslnapoli2nord.it indicando come destinatario: U.O.C. Tecnologie Informatiche e Ingegneria Clinica e come oggetto **"AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI UN'APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA SIEMENS MOD. MAGNETOM AVANTO 1.5"**.

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue e/o incomplete, la candidatura non verrà presa in considerazione.

Le richieste dovranno pervenire, a pena di NON AMMISSIONE alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del **ventesimo giorno** successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Campania (BURC).

Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito web aziendale: www.aslnapoli2nord.it

A norma del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.P.R. Reg. EU679/2016, i dati personali, dei candidati, saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio d'Amore