

Il Direttore Generale

Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.164/2016

AVVISO RELATIVO A MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORE INDOSSABILE

Questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con sede in Via M. Lupoli, 27 (ex edificio Orfanotrofio) – Frattamaggiore (NA) c.a.p. 80027, avvisa che intende avviare una indagine conoscitiva per individuare l'esistenza sul mercato di Ditte produttrici e/o fornitrici di un "Defibrillatore indossabile", da destinare alle UOC di Cardiologia-UTIC aziendali (PP.OO. Pozzuoli, Frattamaggiore, Giugliano ed Ischia), per il trattamento di pazienti scompensati. Le caratteristiche tecniche specifiche di cui deve essere dotato il Defibrillatore indossabile richiesto sono dettagliatamente indicate nella scheda allegata alla presente.

In ossequio alle Linee Guida ANAC n. 8, gli operatori economici interessati potranno suggerire e motivare soluzioni alternative a quella richiesta e, a tal proposito, si precisa che:

- sarà nominata una commissione che valuterà la rispondenza delle soluzioni proposte rispetto a quella illustrata nella scheda dei requisiti minimi richiesti per essere ammessi alla successiva fase negoziale;
- si procederà alla fase negoziale anche in presenza di una sola manifestazione presentata;
- in presenza di più fornitori, si procederà all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso non pervenissero manifestazioni di interesse, l'acquisto sarà effettuato a mezzo di procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara).

Per poter essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla presente fornitura, gli operatori economici dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale:
 - Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistano una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. n. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. n. 53 del D.Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrarre con P.A.
- Requisiti di idoneità professionale:
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 c.3 del Codice, gli operatori economici devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Gli Operatori economici, interessati, dovranno comunicare il proprio interesse partecipare alla procedura negoziata, inviare le dichiarazioni di cui sopra e trasmettere le schede tecniche con dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura offerta, nel seguente modo:

- a mezzo PEC da inoltrare all'indirizzo: tecnologieinformatiche@pec.aslnapoli2nord.it indicando come destinatario: U.O.C. Tecnologie Informatiche e Ingegneria Clinica e come oggetto "**FORNITURA DI DEFIBRILLATORE INDOSSABILE**".

Si precisa che in caso di indicazioni generiche, ambigue e/o incomplete, la candidatura non verrà presa in considerazione.

Le richieste dovranno pervenire, a pena di NON AMMISSIONE alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **22/05/2021**.

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web aziendale: www.aslnapoli2nord.it

A norma del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.P.R. Reg. EU679/2016, i dati personali, dei candidati, saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio d'Amore

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE PER DEFIBRILLATORE INDOSSABILE

- Dispositivo indossabile composto da: corpetto, monitor, cintura con elettrodi ECG, custodia, n. 2 pacchi batteria e carica batteria/modem
- Batterie agli ioni di litio in grado di fornire 24 ore di funzionamento continuo
- Forma d'onda erogata: esponenziale bifasica troncata
- Elettrodi asciutti di defibrillazione
- Rilascio automatico di gel da parte delle piastre prima della defibrillazione
- Tempo di ciclo tra la rilevazione dell'aritmia e la defibrillazione inferiore ad un minuto
- Erogazione da 75 a 150 joule impostabili
- Fino a 5 shock per evento con arresto automatico degli shock rimanenti e reset del dispositivo a seguito di conversione dell'aritmia
- Picco di corrente non superiore a 31 A per uno shock massimo di defibrillazione in joule erogato in un carico da 50 ohm
- Interfaccia utente costituita da modulo di allarme o monitor che utilizzi messaggi di testo, grafici e vocali insieme a messaggi sonori
- Registratore di eventi con capacità di memorizzazione di minimo 75 min di dati di ECG
- Training al paziente sul funzionamento del dispositivo effettuato da personale tecnico dell'azienda
- Attivazione ed inserimento del paziente nel sistema di monitoraggio remoto
- Eventuale sostituzione in garanzia di tutti i pezzi costituenti il dispositivo in caso di malfunzionamento
- Servizio on line 24 h e 7 giorni su 7 per assistenza al paziente
- Ritiro del dispositivo dopo termine di utilizzo